

Pustków, 30.11.2016 r.

Informacja korygująca do

ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/11/16/CH/L z dnia 22.11.2016 r.

Zamawiający Kronospan HPL Sp. z o.o. informuje, iż w zapytaniu ofertowym nr 1/11/16/CH/L z dnia 22.11.2016 r.

1. w pkt. XV w odniesieniu do kryterium: „Wartość netto przedmiotu zamówienia” błędnie wskazano, iż ocena w ramach kryterium będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

$$Kc = \frac{Cn}{Co} \times 100\% \times 100$$

gdzie:

- Cn** – najniższa zaproponowana cena netto przedmiotu zamówienia
- Co** – cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie
- Kc** – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Wartość netto przedmiotu zamówienia”.

W ramach niniejszej informacji korygującej Zamawiający Kronospan HPL Sp. z o.o. informuje, iż prawidłowa ocena w ramach kryterium będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

$$Kc = \frac{Cn}{Co} \times 70\% \times 100$$

gdzie:

- Cn** – najniższa zaproponowana cena netto przedmiotu zamówienia
- Co** – cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie
- Kc** – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Wartość netto przedmiotu zamówienia”.

2. w pkt. VI podpunkt 1, dotyczącym specyfikacji technicznej zestawu chromatograficznego gazowego GC z detektorem typu FID Zamawiający dopuszcza oferty na dostawę, montaż, uruchomienie i przeszkolenie operatorów chromatografu gazowego, który będzie wyposażony jedynie w autosampler 16 pozycyjny, ale z możliwością rozbudowy w każdym momencie o dodatkowe miejsce w postaci tacy na 150 fiolek.